

Górznieńsko- Lidzbarski
Park Krajobrazowy
ul. Czarny Bryńsk 1
87-320 Górzno

Dotyczy postępowania: GLPK.231.1.2015
dostawa wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko – Lidzbraskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie.

Zadanie nr 4

W związku ze zbyt ogólnymi parametrami umożliwiającymi zaoferowanie mikroskopów o bardzo zróżnicowanej jakości i klasie mikroskopów prosimy o doprecyzowanie.

4.1. Mikroskop biologiczny

4.1.1. Czy mikroskop ma być z nasadką:

Monokularową (jednooczną) - w tym przypadku kamerę wkładamy do tubusu okularowego po uprzednim wyjęciu okularu.

Binokularową (dwooczną) - w tym przypadku kamerę wkładamy do tubusu okularowego po uprzednim wyjęciu okularu.

Trinokularową (trzeci tubus służy do podłączenia kamery)

4.1.2. Czy mikroskop musi zapewniać także pracę bezprzewodową w warunkach pracy terenowej?

4.1.3. Czy okulary muszą być zablokowane przy pomocy śrubki przed nieuprawnionym wyjęciem ich z tubusu okularowego (bardzo przydatne przy prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą)

4.1.4. Czy uchwyt powinien zapewnić zamocowanie jednocześnie dwóch preparatów czy tylko jednego?

4.1.5. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany model można było w przyszłości rozbudować o kondensator suchy do ciemnego pola, zestaw do prostej polaryzacji czy kontrast fazowy?

4.2. Mikroskop stereoskopowy

4.2.1. Czy okulary muszą być zablokowane przy pomocy śrubki przed nieuprawnionym wyjęciem ich z tubusu okularowego (bardzo przydatne przy prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą)

4.3. Kamera mikroskopowa

4.3.1. Czy kamera powinna posiadać polskojęzyczne oprogramowanie?

4.3.2. Jakie funkcje powinna spełniać kamera? Np. czy powinna umożliwiać wykonanie prostych pomiarów?

